

SIA Tukuma slimnīca  
iepirkumu komisijai  
ķirurģijas nodaļas vadītāja  
Gunta Krūzes

Izvērtējums par iesniegtajiem preču paraugiem, daļa nr.28, trūču tīkliņš.

SIA „Medeksperts” – tīkliņš ir pārāk ciets, blīvs, neelastīgs. Nogriežot asas malas.

SIA „PEAN”- tīkliņš ir pārāk blīvs, par maz porainības, ļoti neelastīgs.

SIA „TZMO Latvija”- tīkliņš ir pārāk elastīgs garenvirzienā, par maz mehāniskas noturības.

SIA „Medika GN”- tīkliņš ir ciets un neelastīgs. Nogriežot par daudz spurojas.

SIA „Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija” – tīkliņš ir nepietiekami elastīgs. Nogriežot asas malas.

Johnson&Johnson AB Latvijas fil. – tīkliņš ir ideālas elastības un stiepjamības, labi pieguļ audiem. Nespurojas. Viegli piešūt.

11.01.2019



Guntis Krūze