

SIA „Tukuma slimnīca”
iepirkuma komisijas vadītājai
Dz. Rabkevičai

Klīniski- diagnostiskās laboratorijas
Laboratorijas vadītājas
Evitas Ezeras

Ziņojums.

Iepirkuma „Laboratorijas reaģenti un piederumi” pieprasīto preču paraugu atbilstības novērtējums.

Iepirkuma daļa	Piedāvātājs	Atbilstība iepirkumam
58. daļa-Klīnika I (Gramas krāsošanas komplekts)	„Diamedica”, SIA	Atbilst
58. daļa-Klīnika I (Gramas krāsošanas komplekts)	„J.I.M”, SIA	Atbilst
58. daļa-Klīnika I (Gramas krāsošanas komplekts)	„Mediq Latvija”, SIA	Nav iesniegti paraugi
60. daļa- Klīnika III	„J.I.M”, SIA	Atbilst
60. daļa- Klīnika III	„Mediq Latvija”, SIA	Nav iesniegti paraugi
62. daļa- Klīnika V	„Magnum Medical”, SIA	Atbilst
62. daļa- Klīnika V	„Mediq Latvija”, SIA	Neatbilst, jo piedāvātās cukura teststrēmeles nav saderīgas ar slimnīcā esošiem glikometriem
67. daļa Laboratorijas piederumi	„Arbor Medical Korporācija”, SIA	Atbilst
67. daļa Laboratorijas piederumi	„J.I.M”, SIA	Atbilst
67. daļa Laboratorijas piederumi	„Mediq Latvija”, SIA	Neatbilst- uz priekšmetstikliņiem paliek nosēdumi, kas traucē mikroskopēšanu
69. daļa Seroloģija I	„Mediq Latvija”, SIA	Atbilst
70. daļa Seroloģija II	„Diamedica”, SIA	Atbilst
70. daļa Seroloģija II	„Mediq Latvija”, SIA	Neatbilst- ļoti vāji iekrāsojas kontroles līnija

18.01.2019.
Laboratorijas vadītāja

Evita Ezera